TEST DE RECHERCHE DE SANG DANS LES SELLES

MODE D'EMPLOI



Rassemblez la lettre d'invitation, les étiquettes autocollantes, la pochette de test, la feuille d'identification et l'enveloppe T.

Ouvrez la pochette de test. Elle contient une pochette plastique, une plaquette avec trois volets, six bâtonnets et du papier pour recueillir les selles.

Collez une étiquette sur la face arrière de la plaquette ou complétez les informations demandées.

Utilisez le papier fourni pour le recueil des selles (matières fécales). Placez-le sur la cuvette en le coinçant sous la lunette.

Attention : Pour garantir l'efficacité du test, la selle ne doit pas entrer en contact avec un liquide (eau, urine, javel).

Vous pouvez aussi utiliser un récipient propre et sec : sac plastique, cuvette, papier journal, etc.



Avec un bâtonnet, prélevez un petit échantillon de selle de la taille d'une lentille ou d'un grain de riz.



Soulevez la languette nommée « selle 1 » et déposez l'échantillon sur le cadre A de la plaquette.



Avec un autre bâtonnet, prélevez un deuxième échantillon de même taille à un autre endroit de la même selle.

Retrouvez le mode d'emploi animé sur le site **www.e-cancer.fr**, rubrique information sur les cancers.

10960_210x297_Fiche_Hemoccult4.indd 1 10/12/09 16:39:22



Appliquez cet échantillon sur le cadre B, sous la même languette.



Refermez le volet, indiquez la date de prélèvement et posez la plaquette dans un endroit sec. Cette opération est à réaliser sur trois selles successives.



Chaque prélèvement doit être réalisé avec un nouveau bâtonnet. Si vous allez à la selle en oubliant d'effectuer un prélèvement, vous pouvez faire le prélèvement sur la selle suivante.

Collez une étiquette ou inscrivez vos coordonnées sur la pochette de protection plastifiée. Attention, un délai de 10 jours maximum doit être respecté entre le premier prélèvement et l'envoi du test.



Remplissez la fiche d'identification jointe.



Glissez la plaquette avec les prélèvements dans la pochette de protection.



Placez la pochette fermée et la feuille d'identification dans l'enveloppe T.

Postez l'enveloppe sans affranchir.

RÉSULTAT NÉGATIF (97% DES CAS)

Cela signifie qu'aucun saignement n'a été détecté dans les selles.

Il arrive que certains polypes ou cancers ne soient pas détectés par le test s'ils ne saignent pas au moment des prélèvements.

Vous serez invité(e) à renouveler le test dans deux ans.

Dans l'intervalle, si des troubles digestifs apparaissent (présence de sang dans les selles, modification soudaine du transit, douleurs abdominales persistantes), consultez votre médecin.

RÉSULTAT POSITIF (3% DES CAS)

Cela ne signifie pas que vous avez un cancer mais que du sang a été détecté dans vos selles.

Pour en identifier l'origine, votre médecin vous prescrira une coloscopie réalisée par un gastroentérologue.

10960_210x297_Fiche_Hemoccult4.indd 2 10/12/09 16:39:23